

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Z0601

05-12-2026

Instruments: Siemens ADVIA 360							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,39 ± 0,70	1,69 - 3,09	6,89 ± 1,20	5,69 - 8,09	14,91 ± 2,50	12,41 - 17,41
RBC	10 ¹² /L	2,50 ± 0,20	2,30 - 2,70	4,38 ± 0,35	4,03 - 4,73	5,67 ± 0,45	5,22 - 6,12
Hgb	g/dL	7,2 ± 0,5	6,7 - 7,7	13,0 ± 0,7	12,3 - 13,7	17,5 ± 0,9	16,6 - 18,4
	g/L	72 ± 5	67 - 77	130 ± 7	123 - 137	175 ± 9	166 - 184
Hct	%	20,9 ± 3,0	17,9 - 23,9	37,9 ± 4,5	33,4 - 42,4	50,8 ± 4,5	46,3 - 55,3
	L/L	0,209 ± 0,030	0,179 - 0,239	0,379 ± 0,045	0,334 - 0,424	0,508 ± 0,045	0,463 - 0,553
MCV	fL	83,3 ± 6,0	77,3 - 89,3	86,4 ± 6,0	80,4 - 92,4	89,5 ± 6,0	83,5 - 95,5
MCH	pg	28,7 ± 3,8	24,9 - 32,5	29,7 ± 3,8	25,9 - 33,5	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6
MCHC	g/dL	34,5 ± 4,8	29,7 - 39,3	34,4 ± 4,8	29,6 - 39,2	34,4 ± 4,8	29,6 - 39,2
	g/L	345 ± 48	297 - 393	344 ± 48	296 - 392	344 ± 48	296 - 392
RDW-CV	%	19,0 ± 5,0	14,0 - 24,0	18,7 ± 5,0	13,7 - 23,7	19,1 ± 5,0	14,1 - 24,1
Plt	10 ⁹ /L	78 ± 25	53 - 103	239 ± 50	189 - 289	448 ± 85	363 - 533
MPV	fL	9,1 ± 3,0	6,1 - 12,1	9,5 ± 3,0	6,5 - 12,5	9,8 ± 3,0	6,8 - 12,8
PDW	%	39,5 ± 10,0	29,5 - 49,5	40,6 ± 10,0	30,6 - 50,6	40,9 ± 10,0	30,9 - 50,9
PCT	%	0,07 ± 0,05	0,02 - 0,12	0,23 ± 0,10	0,13 - 0,33	0,44 ± 0,20	0,24 - 0,64
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,00 ± 0,50	0,50 - 1,50	2,14 ± 0,64	1,50 - 2,78	3,55 ± 1,77	1,78 - 5,32
MID#	10 ⁹ /L	0,19 ± 0,19	0,00 - 0,38	0,75 ± 0,64	0,11 - 1,39	1,70 ± 1,28	0,42 - 2,98
GRAN#	10 ⁹ /L	1,20 ± 0,36	0,84 - 1,56	4,00 ± 1,20	2,80 - 5,20	9,66 ± 2,90	6,76 - 12,56
LYMPH%	%	41,8 ± 23,0	18,8 - 64,8	31,1 ± 9,3	21,8 - 40,4	23,8 ± 11,9	11,9 - 35,7
MID%	%	8,1 ± 8,1	0,0 - 16,2	10,8 ± 6,0	4,8 - 16,8	11,4 ± 5,7	5,7 - 17,1
GRAN%	%	50,1 ± 17,5	32,6 - 67,6	58,1 ± 17,4	40,7 - 75,5	64,8 ± 19,4	45,4 - 84,2