

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Z0601

05-12-2026

Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,6 ± 0,5	2,1 - 3,1	7,9 ± 1,0	6,9 - 8,9	16,6 ± 2,5	14,1 - 19,1
RBC	10 ¹² /L	2,52 ± 0,20	2,32 - 2,72	4,47 ± 0,30	4,17 - 4,77	5,68 ± 0,40	5,28 - 6,08
HGB	g/dL	7,3 ± 0,5	6,8 - 7,8	13,2 ± 0,6	12,6 - 13,8	17,3 ± 0,8	16,5 - 18,1
	g/L	73 ± 5	68 - 78	132 ± 6	126 - 138	173 ± 8	165 - 181
HCT	%	20,1 ± 3,0	17,1 - 23,1	37,6 ± 4,0	33,6 - 41,6	50,2 ± 4,5	45,7 - 54,7
MCV	fL	79,9 ± 6,0	73,9 - 85,9	84,0 ± 6,0	78,0 - 90,0	88,4 ± 6,0	82,4 - 94,4
MCH	pg	29,2 ± 3,8	25,4 - 33,0	29,4 ± 3,8	25,6 - 33,2	30,4 ± 3,8	26,6 - 34,2
MCHC	g/dL	36,5 ± 4,8	31,7 - 41,3	35,0 ± 4,8	30,2 - 39,8	34,4 ± 4,8	29,6 - 39,2
	g/L	365 ± 48	317 - 413	350 ± 48	302 - 398	344 ± 48	296 - 392
RDW-SD	fL	41,2 ± 8,0	33,2 - 49,2	42,6 ± 9,0	33,6 - 51,6	45,9 ± 10,0	35,9 - 55,9
RDW-CV	%	15,5 ± 5,0	10,5 - 20,5	15,4 ± 5,0	10,4 - 20,4	16,0 ± 5,0	11,0 - 21,0
Plt	10 ⁹ /L	80 ± 25	55 - 105	247 ± 45	202 - 292	473 ± 65	388 - 518
MPV	fL	9,1 ± 3,0	6,1 - 12,1	9,1 ± 3,0	6,1 - 12,1	9,2 ± 3,0	6,2 - 12,2
PDW	%	15,6 ± 3,0	12,6 - 18,6	15,6 ± 3,0	12,6 - 18,6	15,6 ± 3,0	12,6 - 18,6
PCT	%	0,070 ± 0,050	0,020 - 0,120	0,216 ± 0,100	0,116 - 0,316	0,399 ± 0,200	0,199 - 0,599
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,3	0,7 - 1,3	2,4 ± 0,8	1,6 - 3,2	4,1 ± 2,3	1,8 - 6,4
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,5	0,2 - 1,2	1,1 ± 0,8	0,3 - 1,9
GRAN#	10 ⁹ /L	1,4 ± 0,6	0,8 - 2,0	4,8 ± 1,7	3,1 - 6,5	11,4 ± 3,4	8,0 - 14,8
LYMPH%	%	39,6 ± 9,9	29,7 - 49,5	30,2 ± 10,6	19,6 - 40,8	24,6 ± 8,6	16,0 - 33,2
MID%	%	8,2 ± 6,2	2,0 - 14,4	8,6 ± 6,9	1,7 - 15,5	6,9 ± 5,5	1,4 - 12,4
GRAN%	%	52,2 ± 18,3	33,9 - 70,5	61,2 ± 18,4	42,8 - 79,6	68,5 ± 17,1	51,4 - 85,6

DIAGON Ltd.

 48-52., Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047

IVD
